



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
La République Algérienne Démocratique et Populaire



Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued
Faculté sciences exactes

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية العلوم الدقيقة

الاستشارة رقم 2025-05 المتعلقة باقتناء عتاد وأثاث لفائدة مخابر البحث العلمي لكلية العلوم الدقيقة
الباب 22-31 مصاريف التسيير المتعلقة بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي، المادة 02 الأثاث والعتاد والأدوات
والمعدات العلمية .

عنوان العملية

استشارة رقم 2025/05

2025-04-16

2025-04-24

الجلسة رقم 01 أثاث وعتاد، الجلسة رقم 02 المعدات العلمية

رقم العملية

تاريخ الإعلان

تاريخ الإيداع

الحصص:

العروض المالي

الاستشارة رقم 2025-05 اقتناء الأثاث والعتاد
والمعدات العلمية المتعلقة بالبواب 22-31
كلية العلوم الدقيقة، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

Ministère de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
Université Echahid Hamma Lakhdar d'El Oued
Faculté sciences exactes



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي
كلية العلوم الدقيقة

رسالة التعهد

الاستشارة رقم: 2025/05 المتعلقة باقتناء الأثاث والعتاد والمعدات العلمية الخاصة بالباب 22-31 المتعلق بالبحث والتطوير التكنولوجي لكلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي

1/ تحديد المصلحة المتعاقدة:

تعيين المصلحة المتعاقدة : كلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي
اسم ولقب وصفة الممضي على العقد العمومي: عبد الوهاب منصور عميد كلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي .
2/ تقديم المتعهد و تعيين رئيس التجمع، في حالة التجمع:
تعيين المتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح):
متعهد واحد ☐

تسمية الشركة:

متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات ☐

بالتشارك أو ☐ تضامن ☐

تسمية كل شركة:

1/

2/

3/

/

تسمية التجمع:

.....

3/ موضوع رسالة العرض:

موضوع الاستشارة:

الاستشارة رقم: 2025/04 المتعلقة باقتناء الأثاث والعتاد والمعدات العلمية الخاصة بالباب 22-31 المتعلق بالبحث والتطوير التكنولوجي لكلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمه لخضر- الوادي

الولاية أو الولايات التي تتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الاستشارة: الوادي

يقدم رسالة العرض هذه في إطار عقد عمومي محصص:

☐

أو نعم

☐

لا

في حالة الإيجاب:

اذكر أرقام الحصاص و كذا تسمياتها :

.....

☐ عرض أصلي

☐ البديل أو البدائل الآتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغها):

☐ الأسعار الاختيارية الآتية (توصف الخدمات موضوع الأسعار الاختيارية دون ذكر مبالغها):

4/ التزام المتعهد:

بعد الاطلاع على الوثائق المكونة للاستشارة المنصوص عليها في وطبقا لشروطها وأحكامها،

☐ الممضي

يلتزم، بناء على عرضه و لحسابه،

تسمية الشركة.....

عنوان الشركة.....

الشكل القانوني للشركة.....

مبلغ رأسمال الشركة.....

رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحر ف و المهن أو غير ذلك (يوضح) (اشطب العبارات غير المفيدة):

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الاستشارة:

يلزم الشركة ، بناء على عرضها،

تسمية الشركة.....

عنوان الشركة.....

الشكل القانوني للشركة.....

مبلغ رأسمال الشركة.....

رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحر ف و المهن أو غير ذلك (يوضح) (اشطب العبارات غير المفيدة):

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الاستشارة:

كل أعضاء التجمع يلتزمون، بناء على عرض التجمع

☐ تقديم أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن يملأ هذه الفقرة. يجب على الأعضاء الآخرين أن يملأ هذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو):

تسمية الشركة.....

عنوان الشركة.....

الشكل القانوني للشركة.....

مبلغ رأسمال الشركة.....

رقم وتاريخ التسجيل في السجل التجاري أو سجل الحر ف و المهن أو غير ذلك (يوضح) (اشطب العبارات غير المفيدة):

لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الاستشارة:

بعد الإطلاع على وثائق مشروع العقد، وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها ومدى صعوبتها من وجهة نظري وتحت مسؤوليتي: أسلم جدولاً بالأسعار وبياناً تقديرياً مفصلاً طبقاً للإطارين الواردين في ملف مشروع العقد، موقعين باسمي.

ألتزم وأتعهد تجاه كلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة مقابل مبلغ (يذكر مبلغ العقد الخاصة بالدينار، ويحرر بالحروف والأرقام) خارج الرسوم.....

وبكل الرسوم.....

قيد الميزانية: 2025.....

تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي أو الحساب البريدي

رقم..... لدى.....

العنوان:.....

5/ إمضاء المرشح أو المتعهد وحده أو كل عضو في التجمع:

أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

أشهد بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. والمعدلة بالقانون رقم 23-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 .

اسم و لقب و صفة الممضي	مكان و تاريخ الإمضاء	الإمضاء
.....		
.....		
.....		
.....		

6/ قرار المصلحة المتعاقدة:

هذا العرض.....

حرر ب..... في.....

إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة

ملاحظات هامة:

- كل الخانات المناسبة يجب أن تملأ.
- ضع العلامة (x) في الخانة المناسبة
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد للتجمع.
- في حالة التخصيص، يقدم تصريح لكل حصة.
- لكل بديل يقدم تصريح.
- لمجمل الأسعار اختيارية يقدم تصريح.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخص طبيعي، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسات الفردية.

جدول الأسعار الوحدوي والكمي والتقديري للحصة 01 و02

الحصة رقم 01: اقتناء الأثاث والعتاد

جدول الأسعار الوحدوية

الرقم	تعيين	وحدة	سعر الوحدة بالدينار خارج الرسوم	
			الأرقام	بالأحرف
1	مكتب من الخشب حديث عالي الجودة مع كامل لواحقه 74*80*160 +امتداد + درج	1		
2	خزانة خشبية (2باب) نصف زجاجية	1		
3	كرسي رئيس دوار عالي الجودة	1		
4	فونتر فراش	1		
5	Chaise gaming Kirogi 2076 diff Couleurs avec Repose-Pids	1		
6	BAIN D'HUILE MIDEA NY23ECF-13L - NY23ECF-13L chauffage / BAIN D'HUILE Puissance Thermique 13 éléments 2500 W Dimensions: 445 x 280 x 640 mm 3 réglages de chaleur Thermostat réglable Protection contre la surchauffe Interrupteur de sécurité	1		
7	كرسي مختبر دوار الارتفاع : 60 cm قطر القرص الخشبي الدائري: 43 cm الجلسة : قرصة دائرية متحرك	1		
المبلغ خارج الرسم بالأرقام (د ج)				
الرسم على القيمة المضافة بالأرقام (19 %) (د ج)				
المبلغ الإجمالي بكل الرسوم بالأرقام (د ج)				

جدول الأسعار الكمي والتقديري

الرقم	التعيين	الكمية		سعر الوحدة	المبلغ الإجمالي بدون رسوم	
		الدنيا	العليا	بدون رسوم بالأرقام	المبلغ الأدنى بالأرقام	المبلغ الأقصى بالأرقام
1	مكتب من الخشب مع كامل لواحقه نوعية حديثة 74*80*160	5	5			
2	خزانة خشبية (2باب)	5	5			
3	كرسي رئيس دوار	3	4			
4	فونتر فراش	1	1			
5	Chaise gaming Kirogi 2076 diff Couleurs avec Repose-Pids	1	1			
6	BAIN D'HUILE MIDEA NY23ECF- 13L - NY23ECF-13L chauffage / BAIN D'HUILE Puissance Thermique 13 éléments 2500 W Dimensions: 445 x 280 x 640 mm 3 réglages de chaleur Thermostat réglable Protection contre la surchauffe Interrupteur de sécurité	5	5			
7	كرسي مختبر دوار الارتفاع : 60 cm قطر القرص الخشبي الدائري: 43 cm الجلسة : قرصة دائرية متحرك	10	12			
المبلغ الاجمالي خارج الرسم بالأرقام (دج)						
الرسم على القيمة المضافة بالأرقام (19٪) (دج)						
المبلغ الإجمالي بكل الرسوم بالأرقام (دج)						

أوقف هذا التفصيل الكمي والتقديري بالمبلغ الإجمالي الكلي بالدينار الجزائري المتضمن كل الرسوم (بالحروف):

مدة التسليم قدرها :..... أيام ابتداء من تاريخ إمضاء سند الطلب

حرره في:

(المتعامل المتعاقد)

الاسم واللقب - الصفة - الختم والإمضاء

الحصة رقم 02: المعدات العلمية

جدول الأسعار الوحدوية

الرقم	التعليق	الكمية	السعر الوحدوي خارج الرسوم	
			بالارقام	بالحروف
01	BALANCE / ANALYSEUR D'HUMIDITE OHAUS MB25: Specifications Moisture Analyzer OHAUS MB 25 Capacity (metric): 110 g Readability (metric): 0.005 g Repeatability (Std. Dev.) (g): 0.1% / 0.01g Sample size: 3g to 20g typical, 0.5g min. Interface: Bidirectional RS-232 Timer: 1 – 99 minutes, 30-second increments to 60 minutes Heat source: Halogen Temperature variations: 50°C to 160°C in 5° increments Powered By: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Tare range: To capacity by subtraction Operating Temperature Range: 41° to 104°F / 5° to 40°C Display type: Custom backlit LCD Display: % moisture or % solids or weight (g), temperature, time Pan size (Dia.) (mm): 90 mm Dimensions WxHxD (cm): 17 x 13 x 28 cm Net Wt. (kg): 2.3 kg Shipping Wt. (kg): 3.9 kg	1		
02	CONDUCTIVIMETRE PORTABLE OHAUS STARTER 300C MODEL STARTER 300C PORTABLE CONDUCTIVITY METER MEASUREMENT RANGE 0.00µS /cm ~199.9 mS/cm 0.5 GRADE	1		

			ELECTRIAL MEASUREMENT RANGE 0.0 µS/cm~199.9 mS/cm 0.1 mg/l~199.9 g/l (TDS) 0 °C~100 °C RESOLUTION AUTOMAICALLY 0.1°C ACCURACY ± 0.5 % F.S ± 0.3 °C CALIBRATION ONE POINT 3 TYPE STANDARD BUFFER SOLUTION STORAGE DATE 30 GROUP POWER 4 x AAA NO.7 BATTERY >250 DIMENSION/WEIGHT 90 W x 170 D x 35 H mm 0.16KG(DON'T INCLUDING THE BATTERY) DISPLAY LED INTERFACE MINI_DIN TEMPERATURE COMPENSATION 0.00 %/°C~10.00 %/°C WATER PROOF IP54 OUTSIDE SHEET ABS	
		1	Aspirateur mural 450 mm Silencieux 220V	03
		1	Nano meulage mini laboratoire vertical 2L broyeur à boulets planétaire Industry-specific attributes output (kg/h) 1 - 2 kg/h feeding size (mm) 1 - 3 mm output size (mesh) 1 - 10 mesh applications Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing Type Ball Mill	04
		1	Enregistreur de température PCE-T 1200+ thermocouples type K (4 metres): Caractéristiques - 12 canaux - Types de thermocouples : K - Carte SD incluse pour enregistrement (format *.xls) - Fréquence d'enregistrement réglable - Possibilité de transfert en temps réel avec logiciel en option - Écran LCD avec rétroéclairage - Fonctions MIN / MAX / HOLD - Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO Spécifications	05

			Thermocouple type K Plage -50,1 ... -100 °C -50 ... +999,9 °C 1000 ... 1300 °C Autres spécifications Canaux Unité Fonctions Écran Visualisation Fréquence d'échantillonnage Mémoire Fréquence d'enregistrement Interface Alimentation Adaptateur secteur Arrêt automatique Température opérationnel Humidité relative Dimensions Poids Contenu de livraison 1 x Enregistreur de température 1 x Carte mémoire SD 2 x Thermocouples type K (TF-500, plage -50 à +200 °C) 8 x Piles de 1,5 V type AA 1 x Mallette de transport 1 x Manuel d'utilisation	
		1	- ARDUINO UNO Rev3-DIP ATmega328P with Cable	06
		1	Détecteurs DHT 22 Tension d'alimentation : 3.3 à 5,5V DC Connectivité : signal digital Bus (3 broches) Champ de mesure d'humidité : 0% à 100%, Champ de mesure de Température -40 à +80 °C	07

			Précision : Humidité + -2%, Température + - 0,5 °C Résolution : Humidité 0.1%, Température 0,1 °C Dimensions : 28,2 mm x 13.1 mm x 10 mm	
		1	- SD Card (special carte Arduino SUPORT SD CARD 16GB	08
		1	ASUS ProArt Display PA278CV – Moniteur professionnel de 27'', IPS, WQHD (2560 x 1440), 100 % sRGB, 100 % Rec., $\Delta E < 2$, Calman Verified, USB-C, configuration multi-écrans via le DisplayPort, ProArt Preset, ProArt Palette et pied ergonomique	09
		1	SPECTROPHOTOMETRE DOUBLE FAISCEAU A BALYAGE UV/VIS UV1900i Longueur d'onde 190- 1100nm, bande passante 1 nm, Livree avec Logiciel de pilotage UV-Probe: sous WINDOWS Lampes deutérium et halogène - Gamme spectrale de 190 à 1100 nm - Bande passante 1 nm - Précision de longueur d'onde = +/-0.3 nm - Répétabilité de longueur d'onde = +/-0.1 nm - Lumière parasite <0.02% à 220 nm, <0.01% à 340 nm et <0.5% à 198 nm - Gamme d'absorbance de -4 à 4 Abs, de 0 et 400% de transmission - Précision = +/- 0.002 Abs à 0.5 Abs- Répétabilité = +/- 0.0001 Abs à 0.5 Abs - Livré avec un porte cuve 10 mm - Port USB	10

جدول الأسعار الكمي والتقديري

المبلغ الاجمالي خارج الرسوم		سعر الوحدة بدون رسوم	الكمية		التعليق	الرقم
			الحد الأدنى	الحد الأعلى		
المبلغ الأدنى بالارقام	المبلغ الأعلى بالارقام					
			1	1	BALANCE / ANALYSEUR D'HUMIDITE OHAUS MB25: Specifications Moisture Analyzer OHAUS MB 25 Capacity (metric): 110 g Readability (metric): 0.005 g Repeatability (Std. Dev.) (g): 0.1% / 0.01g Sample size: 3g to 20g typical, 0.5g min. Interface: Bidirectional RS-232 Timer: 1 – 99 minutes, 30-second increments minutes Heat source: Halogen Temperature variations: 50°C to 160°C in 5° increments Powered By: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz Tare range: To capacity by subtraction Operating Temperature Range: 41° to 104°F / 5° to 40°C Display type: Custom backlit LCD Display: % moisture or % solids or weight (g), temperature, time Pan size (Dia.) (mm): 90 mm Dimensions WxHxD (cm): 17 x 13 x 28 cm Net Wt. (kg): 2.3 kg Shipping Wt. (kg): 3.9 kg	01
			1	1	CONDUCTIVIMETRE PORTABLE OHAUS STARTER 300C MODEL STARTER 300C PORTABLE CONDUCTIVITY METER MEASUREMENT RANGE 0.00µS /cm ~199.9 mS/cm 0.5 GRADE ELECTRIAL MEASUREMENT RANGE 0.0 µS/cm~199.9 mS/cm 0.1 mg/l~199.9 g/l (TDS) 0 °C~100 °C RESOLUTION AUTOMATICALY 0.1°C ACCURACY ± 0.5 % F.S ± 0.3 °C CALIBRATION ONE POINT 3 TYPE STANDARD BUFFER SOLUTION STORAGE DATE 30 GROUP POWER 4 x AAA NO.7 BATTERY >250 H DIMENSION/WEIGHT 90 W x 170 D x 35 H mm 0.16KG (DON'T INCLUDING THE BATTERY) DISPLAY LED INTERFACE MINI_DIN TEMPERATURE COMPENSATION 0.00 %/°C~10.00 %/°C WATER PROOF IP54	02

					OUTSIDE SHEET	ABS																																			
			3	1	Aspirateur mural 450 mm Silencieux 220V		03																																		
			1	1	Nano meulage mini laboratoire vertical 2L broyeur à boulets planétaire Industry-specific attributes output (kg/h) 1 - 2 kg/h feeding size (mm) 1 - 3 mm output size (mesh) 1 - 10 mesh applications Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing type Ball Mill		04																																		
			1	1	Enregistreur de température PCE-T 1200+ thermocouples type K (4 metres): Caractéristiques - 12 canaux - Types de thermocouples : K - Carte SD incluse pour enregistrement (format *.xls) - Fréquence d’enregistrement réglable - Possibilité de transfert en temps réel avec logiciel en option - Écran LCD avec rétroéclairage - Fonctions MIN / MAX / HOLD - Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO Spécifications Thermocouple type K <table><tr><td>Plage</td><td>Résolution</td><td>Précision</td></tr><tr><td>-50,1 ... -100 °C</td><td>0,1 °C</td><td>± (0,4 % + 1 °C)</td></tr><tr><td>-50 ... +999,9 °C</td><td>0,1 °C</td><td>± (0,4 % + 0,5 °C)</td></tr><tr><td>1000 ... 1300 °C</td><td>1 °C</td><td>± (0,4 % + 1 °C)</td></tr></table> Autres spécifications <table><tr><td>Canaux</td><td>12</td></tr><tr><td>Unité</td><td>°C / °F</td></tr><tr><td>Fonctions</td><td>MIN / MAX / HOLD</td></tr><tr><td>Écran</td><td>LCD avec rétroéclairage, 82 x 61 mm</td></tr><tr><td>Visualisation</td><td>8 canaux simultanément</td></tr><tr><td>Fréquence d’échantillonnage</td><td>Environ 1 seconde</td></tr><tr><td>Mémoire</td><td>Carte SD (max. 16 GB)</td></tr><tr><td>Fréquence d’enregistrement</td><td>1 ... 3600 secondes (réglable)</td></tr><tr><td>Interface</td><td>RS-232 (sortie Jack)</td></tr><tr><td>Alimentation</td><td>8 x piles de 1,5 V type AA</td></tr><tr><td>Adaptateur secteur</td><td>9 V (optionnel)</td></tr></table>		Plage	Résolution	Précision	-50,1 ... -100 °C	0,1 °C	± (0,4 % + 1 °C)	-50 ... +999,9 °C	0,1 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)	1000 ... 1300 °C	1 °C	± (0,4 % + 1 °C)	Canaux	12	Unité	°C / °F	Fonctions	MIN / MAX / HOLD	Écran	LCD avec rétroéclairage, 82 x 61 mm	Visualisation	8 canaux simultanément	Fréquence d’échantillonnage	Environ 1 seconde	Mémoire	Carte SD (max. 16 GB)	Fréquence d’enregistrement	1 ... 3600 secondes (réglable)	Interface	RS-232 (sortie Jack)	Alimentation	8 x piles de 1,5 V type AA	Adaptateur secteur	9 V (optionnel)	05
Plage	Résolution	Précision																																							
-50,1 ... -100 °C	0,1 °C	± (0,4 % + 1 °C)																																							
-50 ... +999,9 °C	0,1 °C	± (0,4 % + 0,5 °C)																																							
1000 ... 1300 °C	1 °C	± (0,4 % + 1 °C)																																							
Canaux	12																																								
Unité	°C / °F																																								
Fonctions	MIN / MAX / HOLD																																								
Écran	LCD avec rétroéclairage, 82 x 61 mm																																								
Visualisation	8 canaux simultanément																																								
Fréquence d’échantillonnage	Environ 1 seconde																																								
Mémoire	Carte SD (max. 16 GB)																																								
Fréquence d’enregistrement	1 ... 3600 secondes (réglable)																																								
Interface	RS-232 (sortie Jack)																																								
Alimentation	8 x piles de 1,5 V type AA																																								
Adaptateur secteur	9 V (optionnel)																																								

